

Gebrauchsanweisung
Operating instructions
Mode d'emploi
Istruzioni d'uso
使用説明書

DEU
ENG
FRA
ITA
JPN



D^{med}® **VISIANO** 10-1 P S10

Untersuchungsleuchte
Examination light
Lampe d'exams
Apparecchio per visita
検査用ライト

SYMBOLE ; SYMBOLS ; SYMBOLES ; SIMBOLI ; 記号の意味

Das Warnsymbol kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden an der Leuchte oder der Einrichtung führen! In Verbindung mit den folgenden Signalwörtern steht das Warnsymbol für:

The warning symbol identifies all important instructions relating to safety. A failure to observe these can result in injury, damage to the luminaire or the equipment! In conjunction with the following signal words, the warning symbol stands for:

Le symbole d'avertissement représente toutes les consignes essentielles à la sécurité. Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures, ainsi qu'un endommagement du luminaire ou de l'installation ! Associé aux mentions suivantes, le symbole d'avertissement indique :

Il simbolo di avvertenza contrassegna tutte le istruzioni rilevanti ai fini della sicurezza. La mancata osservanza può provocare lesioni, danni all'apparecchio d'illuminazione o all'arredamento! Insieme alle seguenti parole segnaletiche sono presenti simboli di:

この警告記号は安全のために欠かせない全ての指示であることを示しています。これを怠ると負傷やライトや機器の損傷が発生することがあります。次の注意喚起用語と組合せ警告記号は以下のような意味を持っています：



GEFAHR; DANGER; DANGER; PERICOLO; 危険

Kann zum Tod oder schweren Verletzungen führen; Can result in death or serious injury; Peut entraîner des blessures graves, voire mortelles; Può provocare la morte o gravi lesioni; 死亡又は重傷に至る可能性があります.



Gebrauchsanweisung befolgen; Follow the operating instructions; Suivre le mode d'emploi; Seguire le istruzioni d'uso; 使用説明書に従ってください。



CE-Konformitätskennzeichen; CE conformity mark; Marquage CE; Marcatura di conformità CE; CE準拠記号。



Ein; On; En marche; On; オン.



Aus; Off; À l'arrêt; Off; オフ.



Gerät der Schutzklasse II; Protection class II device; Appareil de classe de protection II; Dispositivo con classe di protezione II; 保護等級IIの装置。



Lager Luftfeuchtigkeit; Storage humidity; Humidité de l'air lors du stockage; Umidità dell'aria magazzino; 保管湿度.



Lagertemperatur; Storage temperature; Température de stockage; Temperatura magazzino; 保管温度.



Entsorgung; Disposal; Recyclage; Smaltimento; 廃棄処分.



Hersteller; Manufacturer; Fabricant; Produttore; 製造会社.



Bevollmächtigter in der EU; Authorized Representative in the EU; Représentant autorisé en UE; Delegato nell'UE; EUでの代理人

Inhalt

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | SICHERHEITSHINWEISE | 5 |
| 1.1 | Verwendungszweck | 5 |
| 1.2 | Nutzerprofile | 5 |
| 1.3 | Sicherheitshinweise | 5 |
| 1.4 | Warnstufen | 5 |
| 2 | LIEFERUMFANG | 5 |
| 3 | MONTAGE | 6 |
| 4 | BETRIEB | 6 |
| 5 | REINIGUNG | 6 |
| 6 | SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLEN | 7 |
| 7 | DEMONTAGE | 7 |
| 8 | ZUBEHÖR | 7 |
| 9 | ZUSÄTZLICHE HINWEISE | 7 |
| 10 | FEHLERBEHEBUNG | 8 |
| 11 | TECHNISCHE DATEN | 8 |
| 12 | ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV) | 9 |

Content

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | SAFETY INSTRUCTIONS | 10 |
| 1.1 | Intended use | 10 |
| 1.2 | User profile | 10 |
| 1.3 | Safety instructions | 10 |
| 1.4 | Warning levels | 10 |
| 2 | SCOPE OF DELIVERY | 10 |
| 3 | ASSEMBLY | 11 |
| 4 | OPERATION | 11 |
| 5 | CLEANING | 11 |
| 6 | SAFETY INSPECTIONS | 12 |
| 7 | DEMOUNTING | 12 |
| 8 | ACCESSORIES | 12 |
| 9 | ADDITIONAL INFORMATION | 12 |
| 10 | TROUBLESHOOTING | 13 |
| 11 | TECHNICAL DATA | 13 |
| 12 | ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) | 14 |

Sommaire

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | CONSEILS DE SÉCURITÉ | 15 |
| 1.1 | Usage | 15 |
| 1.2 | Profils utilisateur | 15 |
| 1.3 | Conseils de sécurité | 15 |
| 1.4 | Niveaux d'avertissement | 15 |
| 2 | CONTENU DE LA LIVRAISON | 15 |
| 3 | MONTAGE | 16 |
| 4 | FONCTIONNEMENT | 16 |
| 5 | NETTOYAGE | 16 |
| 6 | CONTROLES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ | 17 |
| 7 | DÉMONTAGE | 17 |
| 8 | ACCESOIRES | 17 |
| 9 | REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES | 17 |
| 10 | DÉPANNAGE | 18 |
| 11 | DONNÉES TECHNIQUES | 18 |
| 12 | COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM) | 19 |

Sommario

| | | |
|-----|--|----|
| 1 | NOTE DI SICUREZZA..... | 20 |
| 1.1 | Destinazione d'uso | 20 |
| 1.2 | Profilo Utente | 20 |
| 1.3 | Note di sicurezza..... | 20 |
| 1.4 | Livelli di avvertenza | 20 |
| 2 | FORNITURA..... | 20 |
| 3 | ASSEMBLAGGIO..... | 21 |
| 4 | FUNZIONAMENTO..... | 21 |
| 5 | PULIZIA..... | 21 |
| 6 | CONTROLLI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA..... | 22 |
| 7 | SMONTAGGIO..... | 22 |
| 8 | ACCESSORI..... | 22 |
| 9 | AVVERTENZE AGGIUNTIVE | 22 |
| 10 | RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 23 |
| 11 | DATI TECNICI | 23 |
| 12 | COMPATIBILITÀ ELETTRONICA (EMC) | 24 |

目次

| | | |
|-----|-------------------|----|
| 1 | 安全上の注意事項 | 25 |
| 1.1 | 用途..... | 25 |
| 1.2 | 対象ユーザー..... | 25 |
| 1.3 | 安全上の注意事項..... | 25 |
| 1.4 | 危険の段階 | 25 |
| 2 | 納品内容 | 25 |
| 3 | 取付け | 25 |
| 4 | 使い方 | 26 |
| 5 | クリーニング | 26 |
| 6 | 安全技術上の点検 | 27 |
| 7 | 分解 | 27 |
| 8 | 付属品..... | 27 |
| 9 | 追加的な注意事項 | 27 |
| 10 | トラブルシューティング | 27 |
| 11 | 技術仕様 | 28 |
| 12 | 電磁両立性 (EMC) | 28 |

1 SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Verwendungszweck

Die Leuchte D^{med}® VISISANO 10 ist eine Untersuchungsleuchte. Sie ist dazu bestimmt, den Körper eines Patienten zur Unterstützung von Diagnose oder Behandlung lokal zu beleuchten. Ein Abbruch der Diagnose oder Behandlung wegen eines Lichtausfalls ist ohne Gefährdung für den Patienten jederzeit möglich. Die Leuchte ist nicht zur Verwendung in Operationsräumen vorgesehen.

1.2 Nutzerprofile

Medizinische Fachkraft

Sind alle Personen, die eine medizinische Ausbildung absolviert haben und in Ihrem ausgebildeten Berufsfeld arbeiten.

Reinigungsfachkraft

Ist in die nationalen und arbeitsplatzgebundenen Hygienebestimmungen eingewiesen.

Elektrofachkraft

Ist in den Bereichen Elektronik sowie Elektrotechnik ausgebildet und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

Qualifizierte Fachkraft

Ist aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der Bestimmungen in der Lage, die Montage / Demontage durchzuführen.

1.3 Sicherheitshinweise

- Betrieb durch medizinische Fachkraft
- Die Anleitung ist Teil des Produkts und muss aufbewahrt sowie allen späteren Nutzern zugänglich gemacht werden.
- Alle Arbeiten an der Leuchte (inkl. Reparaturen) dürfen nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft durchgeführt werden. Die Montage darf ausschliesslich von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.
- Die Leuchte darf nicht verändert oder manipuliert werden. Es dürfen nur zugelassene Originalteile verwendet werden. Andere als die bestimmungsgemäße Verwendung mit den Originalteilen kann zu anderen technischen Werten und lebensgefährlichen Gefahren führen.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist verboten. Die Stromversorgung der Leuchte stellt eine potentielle Zündquelle dar.
- Die Leuchte darf nur in trockenen und staubfreien Räumen betrieben werden.
- Die Leuchte darf nicht ohne Aufsicht brennen.
- Keine beschädigte Leuchte verwenden. Auch defekte Kabelstellen eine potentielle Gefährdung dar. Kabel nicht in die Nähe von Wärmequellen oder auf scharfe Kanten legen.
- Augenschäden: Niemals direkt in den Lichtkegel blicken.
- Beschädigte Gläser ersetzen, bevor die Leuchte wieder in Betrieb genommen wird.
- Den Leuchtenkopf und das Armsystem nie zusätzlich beladen.
- Die Leuchte darf im Betriebszustand nicht mit einem Tuch oder Ähnlichem abgedeckt werden.
- Die Lüftungsöffnungen (falls vorhanden) müssen im Betriebsfall immer frei sein!
- Leuchte darf nicht in der Nähe von externen Wärmequellen betrieben werden, die die maximale Umgebungstemperatur der Leuchte überschreiten.
- Leuchte darf nicht ausserhalb der vorgesehenen Umgebungsbedingungen verwendet werden.
- Nicht zusammen mit Medizinprodukten verwenden, die bei einem Lichtspektrum im sichtbaren Bereich emp-

findlich reagieren können (z.B. bei pulsierenden Licht und /oder Licht mit hoher Beleuchtungsstärke)

- Leuchte darf nur für den hier erwähnten Verwendungszweck verwendet werden.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge der Nutzung abweichend vom bestimmungsgemäßen Gebrauch, oder der Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen, verursacht werden.

1.4 Warnstufen

GEFAHR

Warnungen vor Gefahren, die bei Missachtung der Massnahmen **zu Tod oder schweren Verletzungen** führen können.

WARNUNG

Warnungen vor Gefahren, die bei Missachtung der Massnahmen **Verletzungen** führen können.

VORSICHT

Warnungen vor Gefahren, die bei Missachtung der Massnahmen zu **Sachschäden** führen können.

2 LIEFERUMFANG

VISISANO 10-1 P S10

im Lieferumfang enthalten:




1x Leuchte

1x Netzkabel

3 MONTAGE

Lastdaten

| | |
|--------------------------------|-------|
| Biegemoment M_B | 15 Nm |
| Senkrechte Gewichtskraft F_G | 32 N |



- ▶ Schienenbefestigung (1) an der Normschiene (2) einhaken und mit Handschraube (3) festdrehen.
- ▶ 16 mm Pin (4) einstecken und mit Kunststoffschraube (5) fixieren.

! GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- ▶ Das Netzkabel (schwarz) muss immer von der Oberseite des Leuchtenarms abgeführt werden (wie im Bild oben zu sehen).
- ▶ Die Leuchte muss durch einen externen Schalter allpolig vom Netz getrennt werden können (gehört nicht zum Lieferumfang).

! GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- ▶ Die Spannungsversorgung am Netzanschluss muss allpolig über einen Überstromauslöser (gemäß den nationalen Installationsvorschriften) abgesichert sein (gehört nicht zum Lieferumfang).

4 BETRIEB

! WARNUNG


Warnung vor Augenschäden

- ▶ Niemals direkt in den Lichtstrahl blicken

! GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- ▶ Keine beschädigten Netzkabel einstecken.
- ▶ Bei Anzeichen von Schäden am Netzkabel, dieses sofort durch ein neues ersetzen
- ▶ Anschlussspannung und Frequenz muss mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmen.



- ▶ Kabel einstecken
- ▶ Vor jeder Benutzung: Funktionstest durchführen: alle LED's im Lichtkegel müssen leuchten.



- ▶ Leuchte ein/ausschalten

5 REINIGUNG

! GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- ▶ Vor der Reinigung: die Netzanschlussleitung vom Netz trennen.

VORSICHT

Sachschaden durch falsche Reinigung

- ▶ Zur Reinigung dürfen nur solche Mittel verwendet werden, welche die Funktionsfähigkeit der Leuchte nicht beeinträchtigen.
- ▶ Zur Reinigung dürfen keine Lösungsmittel-, Chlor- oder Scheuermittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden, denn solche Mittel können unter anderem zu Rissbildung bei Kunststoffteilen führen.
- ▶ Die verwendeten Mittel müssen für die Anwendung bei Kunststoffen wie PC, PMMA, PA und ABS zugelassen sein.
- ▶ Beschädigung der Leuchte durch konzentrierte Desinfektionsmittel.
- ▶ Für Konzentration und Einwirkzeit beachten Sie die Angaben im Beiblatt des verwendeten Mittels.
- ▶ Kratzer durch falsche Tücher.

VORSICHT

Schmutz mindert die Leuchtkraft

- ▶ Blende durch regelmäßiges Reinigen sauber halten
- ▶ Nur Wischreinigung zugelassen



- ▶ Die PMMA-Blende mit geeignetem Reinigungstuch und geeignetem Reinigungsmittel reinigen.

VORSICHT

Um das Risiko von Krankheitsübertragungen zu minimieren, sind geltende Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Anforderungen der national zuständigen Gremien für Hygiene und Desinfektion zusätzlich zu dieser Betriebsanleitung zu beachten.

6 SICHERHEITSTECHNISCHE KONTROLLEN

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- ▶ Die Netzanschlussleitung vom Netz trennen.
- ▶ Anschlussleitung muss mindestens einmal im Jahr auf Beschädigungen überprüft werden.

VORSICHT

- ▶ Wartungen und Reparaturen dürfen nur von Elektrofachkräften ausgeführt werden.
- ▶ Das entsprechende Nutzerprofil steht im Kap.1 Sicherheitshinweise.

7 DEMONTAGE

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag

- ▶ Vor der Demontage: die Netzanschlussleitung vom Netz trennen.

Entsorgung

Geben Sie die Leuchte nicht in den Hausmüll. Geben Sie die Leuchte gemäss den örtlichen Vorschriften in einer Entsorgungsstelle ab oder geben Sie sie einem Händler mit entsprechendem Service.



Schneiden Sie das Kabel direkt am Gehäuse ab.

Die oben aufgeführten Produkte sind über 95% verwertbar. Damit nach dem Ende der Lebensdauer dieser Produkte die verwendeten Materialien zu einem hohen Anteil wieder stofflich oder

energetisch verwertet werden können, sind die Leuchten recyclinggerecht konstruiert. Sie enthalten keine gefährlichen oder überwachungsbedürftigen Stoffe.

8 ZUBEHÖR

Tischklemme (Art. Nr.: D14.228.000 - schwarz)



Universalbefestigung (Art. Nr.: D13.430.000 - reinweiss)



Schienebefestigung (Art. Nr.: D13.269.000)



Wandhalter (Art. Nr.: D13.231.000 - reinweiss)



Rollstativ (Art. Nr.: D14.022.000)



9 ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Die Leuchte selbst ist wartungsfrei.

Auf Anfrage können beim Hersteller zusätzliche Unterlagen zu diesem Produkt angefordert werden.

Durch den Einsatz dieser Leuchte entstehen keine Risiken, die andere Geräte beeinflussen könnten.

Um Energie zu sparen sollte die Leuchte nur eingeschaltet sein, wenn sie auch wirklich benutzt wird.

10 FEHLERBEHEBUNG

| Störung | Mögliche Ursache | Fehlerbehebung | Nutzerprofile |
|------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|
| Leuchte nicht funktionsfähig | Kontaktstörung | Erneut einschalten | Alle |
| Leuchte nicht funktionsfähig | Keine Netzspannung | Spannung prüfen, alle Anschlüsse kontrollieren | Elektrofachkraft |
| Leuchte nicht funktionsfähig | LED- Modul defekt | Herstellerservice kontaktieren | Nur durch Herstellerservice |
| Leuchte hält Position nicht | Fussgelenk hat zu wenig Friktion | Fussgelenk nachstellen (1.25 Nm), bis gewünschte Friktion erreicht ist. | Qualifizierte Fachkraft |

11 TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Elektrische Werte: | |
| Eingangs Nennspannung | ~ 100-240V AC |
| Frequenzbereich | 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 10.5-13W (11.2-17VA) |
| Eingangsstrom | 0.08-0.12A |
| Leistungsfaktor | 0.76 |
| Lichttechnische Werte: | |
| Zentrale Beleuchtungsstärke Ec bei 0.5m Abstand | 50'000 lx * |
| Leuchtfelddurchmesser d10 bei 0.5m Abstand | Ø = 18 cm |
| Leuchtfelddurchmesser d50 bei 0.5m Abstand | Ø = 10 cm |
| Farbtemperatur | 4400K * |
| Farbwiedergabe Index Ra | >93 |
| Farbwiedergabe Index R9 | >90 |
| Umgebungsbedingungen für Transporte, Lagerung und Betrieb: | |
| Gesamtbestrahlungsstärke Ee bei max. Intensität | <210 W/m ² (* -10% / +20% Tol.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung und Transport) | 20°C bis +70°C |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | +10°C bis +35°C |
| rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend) (Lagerung und Transport) | max. 90% |
| rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend) (Betrieb) | max. 75% |
| Gewicht: | |
| Visiano 10-1 P S10 | 1.1kg |
| Betriebsart: | |
| Betriebsart | Dauerbetrieb |
| Klassifizierung: | |
| Visiano 10 -1 P S10 | Schutzklasse II |
| Schutzart gemäss IEC 60529 | IP 20 |
| Einstufung gemäss 93/42 EWG – Anhang IX (Medizinproduktklasse) | Klasse I |
| Klassifizierung gemäss Richtlinie 93/42 EWG - Anhang IX (Medizinproduktklasse) | Klasse I |
| Elektrische Sicherheitsprüfung und EMV gemäss: | EN/IEC 60601-1 EN/IEC 60601-2-41 EN/IEC 60601-1-2 |
| Blaulichtgefahr gemäss IEC 62471 | RG 1 (Geringes Risiko) |
| Lebensdauer der Lichtquelle: | |
| Lebensdauer LED | 50'000h (L70/B50) |

12 ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT (EMV)

Leitlinien- Elektromagnetische Störaussendungen

Das Medizinprodukt ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender muss sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

| Aussendungen | Übereinstimmung | Elektromagnetische Umgebung |
|--|-----------------|---|
| HF-Aussendungen (CISPR 11) | Gruppe 1 | Das Medizinprodukt verwendet HF-Energie ausschließlich zu seiner internen Funktion. Daher sind seine HF-Aussendungen sehr gering, und es ist unwahrscheinlich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden. |
| HF-Aussendungen (CISPR 11) | Klasse B | Das Medizinprodukt ist für den Gebrauch in allen Einrichtungen, einschließlich Wohngebäuden und solchen Einrichtungen bestimmt, die unmittelbar (ohne Transformator) an das gleiche Niederspannungsnetz wie Wohngebäude angeschlossen sind. |
| Aussendungen von Oberschwingungen (IEC 61000-3-2) | Klasse C | |
| Aussendungen von Spannungsschwankungen/Flicker (IEC 61000-3-3) | Erfüllt | |

Leitlinien- Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Medizinprodukt ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Anwender muss sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung betrieben wird.

| Störfestigkeit gegen | IEC 60601-1-2 Prüfpegel | Übereinstimmungspegel des Medizinprodukts | Elektromagnetische Umgebung |
|---|--|---|--|
| Elektrostatische Entladung (ESD) (IEC 61000-4-2) | Kontaktentladung: $\pm 8 \text{ kV}$ Luftentladung: $\pm 15 \text{ kV}$ | $\pm 8 \text{ kV}$ $\pm 15 \text{ kV}$ | Bevorzugt sind Böden aus Holz, Beton oder Keramik-fliesen. Bei synthetischem Fußbodenbelag sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen. |
| Schnelle transientelektrische Störgrößen/Bursts (IEC 61000-4-4) | Netzleitungen: $\pm 2 \text{ kV}$ Längere Eingangs- und Ausgangsleitungen: $\pm 1 \text{ kV}$ | $\pm 2 \text{ kV}$ Nicht anwendbar | Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. |
| Stoßspannungen/Surges (IEC 61000-4-5) | $\pm 1 \text{ kV}$ Spannung Aussenleiter - Aussenleiter $\pm 2 \text{ kV}$ Spannung Aussenleiter - Erde | $\pm 1 \text{ kV}$ n/a | Die Qualität der Versorgungsspannung sollte der einer typischen Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. |
| Magnetfeld bei der Versorgungsfrequenz (50/60 Hz) (IEC 61000-4-8) | 3 A/m | 100 A/m | In der näheren Umgebung des Medizinprodukts sollten keine Geräte mit außergewöhnlich starken netzfrequenten Magnetfeldern (Trafo-Stationen, usw.) betrieben werden. |
| Spannungseinbrüche und Kurzzeitunterbrechungen der Versorgungsspannung (IEC 61000-4-11) | Einbruch >95 %, 0,5 Per. Einbruch 60 %, 5 Per. Einbruch 30 %, 25 Per. Einbruch >95 %, 5 Sek. | Einbruch >95 %, 0,5 Per. Einbruch 60 %, 5 Per. Einbruch 30 %, 25 Per. Einbruch >95 %, 5 Sek. | Die Qualität der Versorgungsspannung sollte typischer Geschäfts- oder Krankenhausumgebung entsprechen. Wenn der Anwender eine fortgesetzte Funktion bei Unterbrechung der Energieversorgung fordert, wird empfohlen, das Medizinprodukt aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie zu speisen. |
| Gestrahlte HF-Störgröße (IEC 61000-4-3) | 3 V/m 80 MHz - 2.5 GHz | 10 V/m | Empfohlener Mindestabstand von tragbaren und mobilen Funkgeräten der Sendeleistung PEIRP zum Medizinprodukt einschließlich seiner Leitungen: $d = 0.35\sqrt{P}$ |
| Geleitete HF-Störgrößen (IEC 61000-4-6) | $3 \text{ V}_{\text{Effektivwert}}$ 150 kHz - 80 MHz: | $10 \text{ V}_{\text{Effektivwert}}$ | Empfohlener Mindestabstand von tragbaren und mobilen Funkgeräten der Sendeleistung PEIRP zum Medizinprodukt einschließlich seiner Leitungen: 80 MHz - 800 MHz: $d = 0.35\sqrt{P}$ 800 MHz - 2.5 GHz: $d = 0.7\sqrt{P}$ |

d = empfohlener Schutzabstand [m], P = Nennleistung des Senders [W]. Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort geringer als der Übereinstimmungspegel sein.

In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich: 

Empfohlene Schutzabstände zu tragbaren und mobilen HF-Kommunikationseinrichtungen

| Nennleistung des Senders [W] | 150 kHz - 800 MHz | 800 MHz - 2.5 GHz |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 0.01 | 0.12 m (0.39 ft) | 0.23 m (0.76 ft) |
| 0.1 | 0.38 m (1.25 ft) | 0.73 m (2.4 ft) |
| 1 | 1.2 m (3.9 ft) | 2.3 m (7.6 ft) |
| 10 | 3.8 m (12.5 ft) | 7.3 m (23.9 ft) |
| 100 | 12m (39 ft) | 23 m (76 ft) |

1 SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Intended use

The D^{med}® VISIANO 10 luminaire is an examination light. It is intended to illuminate the patient's body to support local diagnosis or treatment. Discontinuation of diagnosis or treatment because of a light failure may be possible at any time without risk to the patient. The luminaire is not intended for use in operating rooms.

1.2 User profile

Health Professional

All individuals who have completed medical training and work in the professional field they trained for.

Cleaning Specialist

Trained in national and workplace connected hygiene regulations.

Qualified Electrician

Trained in the areas of electronics and electrical engineering and knows the relevant standards and regulations.

Qualified Specialist

Qualified due to his technical training, knowledge and experience and knowledge of the rules, to carry out the assembly / demounting.

1.3 Safety instructions

- Operation by Health Professional
- The instructions form part of the product and must be stored and made available to all future users.
- All work on the luminaire (incl. repairs) may only be performed by a qualified electrician. The assembly may only be performed by a qualified specialist.
- The manufacturer or a service technician authorized by the manufacturer or a similarly qualified person may only replace the light source of this luminaire.
- The luminaire may not be altered or manipulated. Only approved genuine parts may be used. Any use other than the one intended with the genuine parts can lead to other technical values and life-threatening hazards.
- Operation in potentially explosive areas is prohibited. The current supply of the luminaire represents a potential ignition source.
- The luminaire may only be operated in dry and dust-free rooms.
- The luminaire should not be on without supervision.
- Do not use a damaged luminaire. Defective cord locations also represent a potential hazard. Do not place cord near heat sources or sharp edges.
- Damage to eyes: never look directly into the light cone.
- Replace damaged lenses before operating the luminaire again.
- Do not place extra loads on the luminaire head and the arm system.
- The luminaire must not be covered with a cloth or similar during operation.
- The ventilation openings (if available) must always be kept free during operation!
- The luminaire must not be operated near to external heat sources that exceed the maximum ambient temperature of the luminaire.
- The luminaire must not be used outside the specified ambient conditions.

- Do not use with medical devices that may react sensitively to a light spectrum within the visible range (such as pulsating light and/or light with high illumination intensity)
- The luminaire may only be used for the intended use described here.
The manufacturer cannot be held responsible for any damages resulting from use deviating from its intended use, or the failure to observe the safety instructions and warnings.

1.4 Warning levels

| |
|--|
|  DANGER |
| Warning of hazards that can result in death or serious injury if there is a failure to follow the instructions. |
|  WARNING |
| Warning of hazards that can result in injury if there is a failure to follow the instructions. |
| CAUTION |
| Warning of hazards that can result in material damage if there is a failure to follow the instructions. |

2 SCOPE OF DELIVERY

VISIANO 10-1 P S10

Included with delivery:



1x Luminaire

1x Power cable

3 ASSEMBLY

Workload data

| | |
|-----------------------|-------|
| Bending moment M_B | 15 Nm |
| Vertical weight F_G | 32 N |



- ▶ Hook rail clamp (1) on the DIN rail (2) and tighten with a hand screw (3).
- ▶ Insert 16 mm pin (4) and secure it with the plastic screw (5).

DANGER

Danger to life through electric shock

- ▶ The power cable (black) must always lead from the top of the light arm (as shown in the image above).
- ▶ All poles of the luminaire must be separated by an external switch from the power (not included in the delivery).

DANGER

Danger to life through electric shock

- ▶ All poles of the voltage supply at the power connection must be secured via an overcurrent release (according to national assembly regulations) (not included in the delivery).

4 OPERATION

WARNING


Warning against damage to eyes

- ▶ Never look directly into the beam of light.

DANGER

Danger to life through electric shock

- ▶ Do not plug in any damaged power cables.
- ▶ If there are any signs of damage to the power cable, immediately replace it with a new one.
- ▶ Connection voltage and frequency must match data on the type plate.



- ▶ Plug in cable
- ▶ Before each use: Perform a function test: all LEDs in the light cone must come on.



- ▶ Turn luminaire on/off

5 CLEANING

DANGER

Danger to life through electric shock

- ▶ Before cleaning: disconnect the power supply cord from the supply mains

CAUTION

Material damage due to incorrect cleaning

- ▶ For cleaning, only use agents which do not affect the functioning of the luminaire.
- ▶ For cleaning, do not use any solvent or chlorine based or abrasive detergents as they can, among other things, result in the cracking of plastic parts.
- ▶ The agents used must be approved for use on plastics such as PC, PMMA, PA and ABS.
- ▶ Damage to the luminaire due to concentrated disinfectant.
- ▶ For concentration and application times, please consult the information provided with the agent used.
- ▶ Scratches caused by incorrect cloths.

CAUTION

Dirt reduces the luminosity

- ▶ Keep cover clear through regular cleaning.
- ▶ Only disinfectant wipes allowed.



- Clean the PMMA clear cover with a suitable cleaning cloth and a suitable cleansing agent.

CAUTION

To minimize the risk of disease transmission, applicable health and safety regulations and the requirements of the national bodies responsible for hygiene and disinfection must be observed in addition to these instructions.

8 ACCESSORIES

Table clamp (Art. No.: D14.228.000 - black)



Universal mount (Art. No.: D13.430.000 - pure white)



Rail clamp (Art. No.: D13.269.000)



Wall bracket (Art. No.: D13.231.000 - pure white)



Roller stand (Art. No.: D14.022.000)

**6 SAFETY INSPECTIONS****⚠ DANGER****Danger to life through electric shock**

- Disconnect the power supply cord from the supply mains.
- Power supply cable must be checked at least once a year for damage.

CAUTION

- Maintenance and repairs can only be performed by qualified electricians.
- The corresponding user profile is in Section 1 Safety instructions.

7 DEMOUNTING**⚠ DANGER****Danger to life through electric shock**

- Before demounting, disconnect the power supply cord from the supply mains.

Disposal

Do not place the luminaire with the household waste. Bring the luminaire, according to local regulations, to a disposal site or give it to a dealer with the appropriate service offering.

Cut the cable directly at the casing.



The products listed above are over 95% recyclable. In order for a high percentage of the used materials to either be physically re-used or used for energy after the end of their life cycle, the luminaires have been designed with recycling in mind. They do not contain hazardous or supervision-requiring substances.

9 ADDITIONAL INFORMATION

The luminaire itself is maintenance free.

Additional documents may be requested from the manufacturer for this product.

Using this luminaire does not present a risk to other equipment.

To save energy, the luminaire should only be switched on when it is actually needed.

10 TROUBLESHOOTING

| Fault | Possible cause | Troubleshooting | User profile |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| Luminaire not working | Contact fault | Switch on again | All |
| Luminaire not working | No mains voltage | Check voltage, check all connections | Qualified Electrician |
| Luminaire not working | LED module defective | Contact manufacturer's service dept. | Only by manufacturer's service dept. |
| Luminaire will not stay in position | Foot joint does not have enough friction | Adjust the foot joint until desired friction has been achieved (1.25 Nm). | Qualified Specialist |

11 TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Electrical Data: | |
| Rated input voltage | ~ 100-240V AC |
| Frequency range | 50/60 Hz |
| Power consumption | 10.5-13 W (11.2-17 VA) |
| Input current | 0.08-0.12 A |
| Power factor | 0.76 |
| Photometric values: | |
| Central illuminance Ec at 0.5 m distance | 50,000 lx * |
| Light field diameter d10 at 0.5 m distance | Ø = 18 cm |
| Light field diameter d50 at 0.5 m distance | Ø = 10 cm |
| Color temperature | 4400K * |
| Color rendering Index Ra | > 93 |
| Color rendering Index R9 | > 90 |
| Ambient conditions for transport, storage and operation: | |
| Total irradiance Ee at max. intensity | < 210 W/m ² (* -10% / +20% Tol.) |
| Ambient temperature (storage and transport) | 20°C to +70°C |
| Ambient temperature (operation) | +10°C to +35°C |
| Rel. humidity (non-condensing) (storage and transport) | max. 90% |
| Rel. humidity (non-condensing) (operation) | max. 75% |
| Weight: | |
| Visiano 10-1 P S10 | 1.1 kg |
| Operating mode: | |
| Operating mode | Continuous operation |
| Classification: | |
| Visiano 10 -1 P S10 | Protection class II |
| Degree of protection according to IEC 60529 | IP 20 |
| Classification according to 93/42 ECC – Annex IX (Medical Device Class) | Class I |
| Classification according to 93/42 ECC – Annex IX (Medical Device Class) | Class I |
| Electrical safety testing and EMC according to: | EN/IEC 60601-1 EN/IEC 60601-2-41 EN/IEC 60601-1-2 |
| Blue light hazard according to EN/IEC 62471 | RG 1 (low risk) |
| Life cycle of the light source: | |
| Life cycle of LED | 50,000 h (L70/B50) |

12 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC)

Guidelines - Electromagnetic disturbance emissions

The medical device is intended for operation in an electromagnetic environment such as described below. The user must ensure that it is operated in such an environment.

| Emissions | Correspond to | Electromagnetic environment |
|--|---------------|---|
| RF emissions (CISPR 11) | Group 1 | The medical device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and it is unlikely that nearby electronic devices will be affected. |
| RF emissions (CISPR 11) | Class B | The medical device is intended for usage in all facilities including residential buildings and such facilities that are directly (without a transformer) connected to the same low voltage network as the residential building. |
| Harmonic emissions (IEC 61000-3-2) | Class C | |
| Voltage fluctuations / flicker emissions (IEC 61000-3-3) | Compliant | |

Guidelines - Electromagnetic immunity

The medical device is intended for operation in an electromagnetic environment such as described below. The user must ensure that it is operated in such an environment.

| Immunity against | IEC 60601-1-2 test level | Conformance level of the medical device | Electromagnetic environment |
|---|--|---|---|
| Electrostatic discharge (ESD) (IEC 61000-4-2) | Contact discharge: ± 8 kV Air discharge: ± 15 kV | ± 8 kV ± 15 kV | Floors are preferably made of wood, concrete or ceramic tiles. In the case of synthetic floor covering, the relative humidity should be at least 30%. |
| Fast transient electrical disturbances/bursts (IEC 61000-4-4) | Power cables: ± 2 kV Longer input and output power cables: ± 1 kV | ± 2 kV Not applicable | The quality of the supply voltage should correspond to that of a typical business or hospital environment. |
| Impulse voltage/surges (IEC 61000-4-5) | ± 1 kV voltage outer conductor - outer conductor ± 2 kV voltage outer conductor - earth | ± 1 kV n/a | The quality of the supply voltage should correspond to that of a typical business or hospital environment. |
| Magnetic field at the supply frequency (50/60 Hz) (IEC 61000-4-8) | 3 A/m | 100 A/m | Devices with strong line-frequency magnetic fields (transformer stations, etc.) should not be operated in the vicinity of the medical device. |
| Voltage dips and short interruptions of the supply voltage (IEC 61000-4-11) | Dip > 95 %, 0.5 Per. Dip 60 %, 5 Per. Dip 30 %, 25 Per. Dip > 95 %, 5 Sec. | Dip > 95 %, 0.5 Per. Dip 60 %, 5 Per. Dip 30 %, 25 Per. Dip > 95 %, 5 Sec. | The quality of the supply voltage should correspond to that of a business or hospital environment. If the user requires continued functioning during interruptions in the power supply, we recommend powering the medical device from an uninterruptible power supply or a battery. |
| Emitted RF disturbance (IEC 61000-4-3) | 3 V/m 80 MHz - 2.5 GHz | 10 V/m | Recommended separation distance from portable and mobile RF devices in transmission power PEIRP of the medical device including its cords: $d = 0.35\sqrt{P}$ |
| Conducted RF interference (IEC 61000-4-6) | 3 V _{rms} 150 kHz - 80 MHz: | 10 V _{rms} | Recommended separation distance from portable and mobile RF devices in transmission power PEIRP of the medical device including its cords: 80 MHz – 800 MHz: $d = 0.35\sqrt{P}$ 800 MHz - 2.5 GHz: $d = 0.7\sqrt{P}$ |

d = recommended separation distance [m], P = power of transmitter [W]. The field strength of stationary radio transmitters should be for all frequencies, in accordance with an on-site examination, less than the compliance level.

In the vicinity of equipment marked with the following symbol, disturbances are possible: 

Recommended safety distances to portable and mobile RF communications equipment

| Power of transmitter [W] | 150 kHz - 800 MHz | 800 MHz - 2.5 GHz |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 0.01 | 0.12 m (0.39 ft) | 0.23 m (0.76 ft) |
| 0.1 | 0.38 m (1.25 ft) | 0.73 m (2.4 ft) |
| 1 | 1.2 m (3.9 ft) | 2.3 m (7.6 ft) |
| 10 | 3.8 m (12.5 ft) | 7.3 m (23.9 ft) |
| 100 | 12m (39 ft) | 23 m (76 ft) |

1 CONSEILS DE SÉCURITÉ

1.1 Usage

La lampe D^{med}® VISIANO 10 est une lampe d'examens. Elle sert à éclairer localement le corps d'un patient afin de faciliter le diagnostic ou le traitement. Une interruption du diagnostic ou du traitement suite à une panne est sans danger pour le patient. La lampe n'est pas destinée à une utilisation en salle d'opération.

1.2 Profils utilisateur

Professionnels de santé

Toutes les personnes ayant suivi une formation médicale et travaillant dans le domaine correspondant à leur formation.

Agents d'entretien et de nettoyage

Personnes familiarisées avec les règles d'hygiène nationales et propres aux différents postes de travail.

Électriciens qualifiés

Personnes formées dans le domaine de l'électronique et de l'électrotechnique, et connaissant les normes et directives en vigueur.

Professionnel qualifié

Personne en mesure de procéder au montage / démontage en raison de sa formation technique, de ses connaissances et expériences, ainsi que de ses connaissances des directives en vigueur.

1.3 Conseils de sécurité

- Utilisation par un professionnel de santé
- La notice fait partie intégrante du produit et doit être conservée, puis mise à la disposition de tous les utilisateurs à venir.
- Toutes les opérations sur la lampe (réparations incl.) doivent uniquement être effectuées par un électricien qualifié. Seul un personnel qualifié est habilité à procéder au montage.
- La source de ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant ou un service technique compétent ou une personne qualifiée.
- La lampe ne doit pas être modifiée ou manipulée. Seules des pièces de rechange d'origine autorisées doivent être utilisées. Toute utilisation non conforme à l'usage réglementaire avec les pièces d'origine peut entraîner des écarts au niveau des valeurs techniques, ainsi que des dangers pour la vie d'autrui.
- Le fonctionnement en zone explosive est interdit. La source de courant du luminaire représente une source d'ignition potentielle.
- Le luminaire doit uniquement être utilisé dans des endroits secs et exempts de poussière.
- Le luminaire ne doit pas rester allumé sans surveillance.
- Ne pas utiliser de lampes endommagées. Les câbles défectueux représentent également un danger potentiel. Ne pas poser les câbles à proximité de sources de chaleur ou de rebords tranchants.
- Irritation des yeux : ne pas regarder directement le cône de lumière.
- Remplacer les verres endommagés avant de remettre la lumière en marche.
- Ne jamais surcharger la tête de lampe et le système de bras.
- Lorsqu'elle est en marche, la lampe ne doit en aucun cas être recouverte d'un tissu ou de tout autre objet semblable.
- Lors du fonctionnement, les ouvertures d'aération (si présentes) doivent toujours rester dégagées !
- La lampe ne doit pas être utilisée à proximité de sources de chaleur externes dépassant la température ambiante maximale de la lampe.
- Le luminaire ne doit pas être utilisé dans un autre environnement que celui qui a été prévu.
- Ne pas utiliser avec des dispositifs médicaux qui peuvent réagir de façon sensible à un spectre lumineux dans la

plage visible (par ex. pour la lumière pulsée et/ou l'éclairage à forte puissance lumineuse)

- Le luminaire doit uniquement être utilisé dans le respect des conditions décrites ici.

Le fabricant rejette toute responsabilité en cas de dégât lié à une utilisation non prévue, ou au non-respect des conseils de sécurité et des avertissements.

1.4 Niveaux d'avertissement

| |
|--|
|  DANGER |
| Signalement de dangers pouvant entraîner la mort ou des blessures graves en cas de non-respect des consignes. |
|  AVERTISSEMENT |
| Signalement de dangers pouvant entraîner des blessures en cas de non-respect des consignes. |
| MISE EN GARDE |
| Signalement de dangers pouvant entraîner des dégâts matériels en cas de non-respect des consignes. |

2 CONTENU DE LA LIVRAISON

VISIANO 10-1 P S10

Contenus dans la livraison :



1x lampe

1x câble d'alimentation

3 MONTAGE

Données de charge

| | |
|----------------------|-------|
| Cintrage M_B | 15 Nm |
| Poids vertical F_G | 32 N |



- ▶ Encliquer la pince étau pour rail (1) sur le rail standard (2) et la fixer à l'aide de la molette (3).
- ▶ Insérer la broche de 16 mm (4) et la fixer à l'aide d'une vis pour plastique.

DANGER

Danger de mort par choc électrique

- ▶ Le câble d'alimentation (noir) doit toujours ressortir par la face supérieure du bras de la lampe (comme sur la photo ci-dessus).
- ▶ Tous les pôles du luminaire doivent être déconnectables du réseau au moyen d'un interrupteur externe (non fourni).

DANGER

Danger de mort par choc électrique

- ▶ (Conformément aux consignes d'installation en vigueur dans le pays) Tous les pôles d'alimentation situés au niveau du raccordement au secteur doivent être protégés au moyen d'un déclencheur à maximum de courant (non fourni).

4 FONCTIONNEMENT

AVERTISSEMENT


Risque de lésions oculaires

- ▶ Ne jamais regarder directement le rayonnement lumineux.

DANGER

Danger de mort par choc électrique

- ▶ Ne pas brancher de câbles d'alimentation endommagés.
- ▶ En présence de signe d'endommagement du câble d'alimentation, le remplacer immédiatement.
- ▶ La tension d'alimentation et la fréquence doivent correspondre aux données de la plaque signalétique.



- ▶ Insérer le câble.
- ▶ Avant chaque utilisation, effectuer un test de fonctionnement : toutes les LED du cône de lumière doivent s'allumer.



- ▶ Mise en route / coupure de la lumière

5 NETTOYAGE

DANGER

Danger de mort par choc électrique

- ▶ Avant le nettoyage, débrancher le câble secteur du réseau.

MISE EN GARDE

Dégâts matériels en cas de nettoyage inapproprié

- ▶ Seuls des produits ne nuisant pas au fonctionnement du luminaire sont autorisés pour le nettoyage.
- ▶ Aucun produit à base d'alcool, de détergent, de chlore ou encore de détergent abrasif ne doit être utilisé, car il risquerait d'entraîner, entre autres, la formation de fissures au niveau des pièces en plastique.
- ▶ Les agents utilisés doivent être homologués pour une utilisation sur les matières plastiques, telles que PC, PMMA, PA et ABS.
- ▶ Détérioration des luminaires lors de l'utilisation d'un désinfectant concentré.
- ▶ Se reporter à la fiche technique du produit utilisé pour connaître la concentration et le temps d'action.
- ▶ Risque de rayures lors de l'utilisation de chiffons inappropriés.

MISE EN GARDE

La poussière réduit la puissance lumineuse.

- ▶ Garder le cache propre en le nettoyant régulièrement.
- ▶ Seule la désinfection par essuyage est autorisée.



- ▶ Nettoyer le cache PMMA avec un chiffon et un produit de nettoyage appropriés.

MISE EN GARDE

Afin de réduire le risque de transmission de maladies, respecter les dispositions en vigueur relatives à la protection des travailleurs ainsi que les exigences des instituts nationaux responsables en matière d'hygiène et de désinfection, en plus de cette notice d'utilisation.

6 CONTRÔLES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

DANGER

Danger de mort par choc électrique

- ▶ Débrancher le câble secteur du réseau.
- ▶ Les éventuels dégâts sur le câble d'alimentation doivent être contrôlés au moins une fois par an.

MISE EN GARDE

- ▶ Seul un électro-technicien qualifié est habilité à procéder aux opérations de maintenance et de réparation.
- ▶ Le profil utilisateur correspondant est indiqué au chap. 1 Conseils de sécurité.

7 DÉMONTAGE

DANGER

Danger de mort par choc électrique

- ▶ Avant le démontage, débrancher le câble secteur du réseau.

Recyclage

Ne pas jeter le luminaire dans les ordures ménagères. Amener le luminaire à la déchetterie conformément aux directives locales en vigueur ou la remettre à une entreprise spécialisée.



Couper le câble directement sur le boîtier.

Les produits mentionnés ci-dessus sont utilisables à plus de 95 %. Afin de pouvoir réutiliser au mieux la matière ou l'énergie des matériaux utilisés une fois la durée de vie de ces produits écoulée, les luminaires sont recyclables. Elles ne contiennent aucune matière dangereuse ou

nécessitant une surveillance.

8 ACCESSOIRES

Pince pour fixation sur table (réf. : D14.228.000 - noir)



Embase universelle (réf. : D13.430.000 - blanc pur)



Pince étau pour rail (réf. : D13.269.000)



Fixation murale (réf. : D13.231.000 - blanc pur)



Piètement à roulettes (réf. : D14.022.000)



9 REMARQUES SUPPLÉMENTAIRES

Le luminaire est sans entretien.

D'autres documents sur ce produit sont disponibles sur demande auprès du fabricant.

L'utilisation de ce luminaire ne présente aucun danger pouvant influencer les autres appareils.

Afin d'économiser de l'énergie, ne brancher la lampe que lorsqu'elle doit être vraiment utilisée.

10 DÉPANNAGE

| Erreur | Cause probable | Dépannage | Profils utilisateur |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Le luminaire n'est pas opérationnel | Problème de contact | Essayer à nouveau de l'allumer | Tous |
| Le luminaire n'est pas opérationnel | Aucune tension d'alimentation | Contrôler la tension d'alimentation ainsi que tous les raccords | Électriciens qualifiés |
| Le luminaire n'est pas opérationnel | Module LED défectueux | Contacter le SAV du fabricant | SAV du fabricant uniquement |
| La lampe ne reste pas en position | Friction insuffisante au niveau du pied de la lampe | Régler le pied de la lampe jusqu'à atteindre le niveau de friction souhaité (1.25 Nm) | Professionnel qualifié |

11 DONNÉES TECHNIQUES

Valeurs électriques :

| | |
|----------------------|------------------------|
| Tension d'entrée | ~ 100-240V CA |
| Plage de fréquence | 50/60 Hz |
| Puissance absorbée | 10,5-13 W (11,2-20 VA) |
| Courant d'entrée | 0,08-0,12 A |
| Facteur de puissance | 0,76 |

Données photométriques :

| | |
|---|-------------|
| Puissance d'éclairement centrale Ec à une distance de 0,5 m | 50 000 lx * |
| Diamètre du champ éclairé d10 à une distance de 0,5 m | Ø = 18 cm |
| Diamètre du champ éclairé d50 à une distance de 0,5 m | Ø = 10 cm |
| Température de couleur | 4400K * |
| Indice de rendu de couleur IRC | > 93 |
| Indice de rendu de couleur IRC | > 90 |

Conditions environnementales requises (transport, stockage et fonctionnement) :

| | |
|--|--|
| Puissance d'irradiation Ee totale à l'intensité max. | <210 W/m ² (*Tolérance de - 10 %/+20 %) |
| Température ambiante (stockage et transport) | 20 °C à +70 °C |
| Température ambiante (fonctionnement) | +10 °C à +35 °C |
| Humidité réelle de l'air (sans condensation) (stockage et transport) | Max. 90 % |
| Humidité réelle de l'air (sans condensation) (fonctionnement) | Max. 75 % |

Poids :

| | |
|--------------------|--------|
| Visiano 10-1 P S10 | 1,1 kg |
|--------------------|--------|

Mode de fonctionnement :

| | |
|------------------------|------------------------|
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement continu |
|------------------------|------------------------|

Classification :

| | |
|---|-------------------------|
| Visiano 10 -1 P S10 | Classe de protection II |
| Indice de protection selon IEC 60529 | IP 20 |
| Classification selon la directive 93/42 CEE - Annexe IX (catégorie de dispositifs médicaux) | Catégorie I |
| Classification selon la directive 93/42 CEE - Annexe IX (catégorie de dispositifs médicaux) | Catégorie I |

| | |
|--|---|
| Contrôle de sécurité électrique et CEM selon : | EN/IEC 60601-1 EN/IEC 60601-2-41 EN/IEC 60601-1-2 |
|--|---|

| | |
|--|----------------------|
| Risque lié à la lumière bleue selon la CEI 62471 | RG 1 (Risque faible) |
|--|----------------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Durée de vie de la source lumineuse : | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|------------------------|--------------------|
| Durée de vie de la LED | 50 000 h (L70/B50) |
|------------------------|--------------------|

12 COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

Perturbations électromagnétiques - lignes directrices

Ce dispositif médical est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique décrit ci-dessous. L'utilisateur doit veiller à ce qu'il soit bien employé dans un environnement de ce type.

| Émissions | Compatibilité | Environnement électromagnétique |
|---|---------------|---|
| Émissions HF (CISPR 11) | Groupe 1 | Ce dispositif médical utilise une énergie HF uniquement pour son fonctionnement interne. Ses émissions HF sont ainsi minimes, et il est peu probable qu'elles perturbent les appareils électroniques à proximité. |
| Émissions HF (CISPR 11) | Classe B | Ce dispositif médical est conçu pour un usage dans toutes les installations, ainsi que les bâtiments d'habitation et autres constructions du même type, reliés directement (sans transformateur) au même réseau basse tension que le bâtiment d'habitation. |
| Émissions de courant harmonique (IEC 61000-3-2) | Classe C | |
| Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement (IEC 61000-3-3) | Satisfait | |

Immunité électromagnétique - lignes directrices

Ce dispositif médical est conçu pour une utilisation dans un environnement électromagnétique décrit ci-dessous. L'utilisateur doit veiller à ce qu'il soit bien employé dans un environnement de ce type.

| Immunité contre | CEI 60601-1-2 Niveau de contrôle | Niveau de compatibilité du dispositif médical | Environnement électromagnétique |
|---|---|---|---|
| Décharge électrostatique (ESD) (IEC 61000-4-2) | Décharge au contact : $\pm 8\text{ kV}$ Décharge à l'air : $\pm 15\text{ kV}$ | $\pm 8\text{ kV}$ $\pm 15\text{ kV}$ | Les sols en bois, béton ou carreaux de céramique sont préférés. Avec les revêtements de sol synthétiques, l'humidité relative de l'air doit être d'au moins 30 %. |
| Perturbations électriques rapides transitoires / Salves (IEC 61000-4-4) | Câbles électriques : $\pm 2\text{ kV}$ Câbles d'entrée et de sortie plus longs : $\pm 1\text{ kV}$ | $\pm 2\text{ kV}$ Non applicable | La qualité de la tension d'alimentation doit correspondre à celle d'un environnement type d'un commerce ou d'un hôpital. |
| Tensions transitoires / surintensités (IEC 61000-4-5) | $\pm 1\text{ kV}$ tension conducteur extérieur - conducteur extérieur $\pm 2\text{ kV}$ tension conducteur extérieur - terre | $\pm 1\text{ kV}$ s.o. | La qualité de la tension d'alimentation doit correspondre à celle d'un environnement type d'un commerce ou d'un hôpital. |
| Champ magnétique dans la fréquence d'alimentation (50/60 Hz) (IEC 61000-4-8) | 3 A/m | 100 A/m | Aucun appareil présentant un champ magnétique extrêmement puissant (transformateur, etc.) ne doit être utilisé à proximité du dispositif médical. |
| Creux de tension, coupures brèves et variations de tension (IEC 61000-4-11) | Baisse de 95 %, 0,5 centile Baisse > 60 %, 5 centiles Baisse > 30 %, 25 centiles Baisse > 95 %, 5 centiles | Baisse de 95 %, 0,5 centile Baisse > 60 %, 5 centiles Baisse > 30 %, 25 centiles Baisse > 95 %, 5 centiles | La qualité de la tension d'alimentation doit correspondre à celle d'un environnement type d'un commerce ou d'un hôpital. Lorsque l'utilisateur exige un fonctionnement continu durant une coupure de l'alimentation en énergie, il est recommandé d'alimenter le dispositif médical depuis une source de courant électrique sans coupure ou une batterie. |
| Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques (IEC 61000-4-3) | 3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz | 10 V/m | Distance minimale recommandée entre les dispositifs radio mobiles et portatifs de puissance d'émission PEIRP et le dispositif médical avec ses câbles : $d = 0,35\sqrt{P}$ |
| Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs radioélectriques (IEC 61000-4-6) | 3 V _{valeur effective} 150 kHz - 80 MHz : | 10 V _{valeur effective} | Distance minimale recommandée entre les dispositifs radio mobiles et portatifs de puissance d'émission PEIRP et le dispositif médical avec ses câbles : 80 MHz - 800 MHz : $d = 0,35\sqrt{P}$ 800 MHz - 2,5 GHz : $d = 0,7\sqrt{P}$ |

d = distance de protection recommandée [m], P = puissance nominale de l'émetteur [W]. Les intensités de champ des émetteurs radio stationnaires doivent être inférieures au niveau de compatibilité, et ce dans toutes les fréquences, lors d'un examen sur place.

Des perturbations sont possibles dans l'environnement des appareils accompagnés du symbole suivant : 

| Distances de protection recommandées par rapport aux dispositifs de communication HF mobiles et portatifs | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Puissance nominale de l'émetteur [W] | 150 kHz - 800 MHz | 800 MHz - 2,5 GHz |
| 0,01 | 0.12 m (0.39 ft) | 0.23 m (0.76 ft) |
| 0,1 | 0.38 m (1.25 ft) | 0.73 m (2.4 ft) |
| 1 | 1.2 m (3.9 ft) | 2.3 m (7.6 ft) |
| 10 | 3.8 m (12.5 ft) | 7.3 m (23.9 ft) |
| 100 | 12m (39 ft) | 23 m (76 ft) |

1 NOTE DI SICUREZZA

1.1 Destinazione d'uso

L'apparecchio d'illuminazione D^{med}® Visiano 10 è apparecchio per visita. È destinato all'illuminazione puntuale del corpo del paziente per visita, diagnosi o trattamento. È possibile interrompere la diagnosi o il trattamento in caso di malfunzionamento luce in qualunque momento senza alcun rischio per il paziente. L'apparecchio d'illuminazione non è destinato all'uso in sala operatoria.

1.2 Profilo Utente

Personale medico specializzato

Tutte le persone che hanno concluso un corso di studi in Medicina e svolgono la propria attività in campo medico.

Personale addetto alle pulizie

Conosce le norme igieniche nazionali e specifiche dell'ambiente di lavoro.

Elettricista

Ha una formazione nel campo elettronico ed elettrotecnico e conosce le norme e le disposizioni rilevanti.

Personale tecnico qualificato

Per via della formazione tecnica, delle conoscenze ed esperienze, nonché in virtù della conoscenza delle norme di legge, è in grado di eseguire l'assemblaggio e lo smontaggio.

1.3 Note di sicurezza

- ▶ Utilizzo da parte di personale medico
- ▶ Le istruzioni sono parte integrante del prodotto e devono essere conservate e rese accessibile per ogni altro utilizzatore successivo.
- ▶ Tutti i lavori svolti sugli apparecchi d'illuminazione (incl. le riparazioni) devono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista qualificato. L'assemblaggio può essere eseguito esclusivamente da personale tecnico qualificato.
- ▶ La fonte luminosa di questo apparecchio deve essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un tecnico autorizzato e qualificato.
- ▶ L'apparecchio d'illuminazione non deve essere modificato o manipolato. Possono essere utilizzati esclusivamente componenti originali autorizzati. Un uso dei componenti originali diverso da quello conforme può comportare alterazioni dei dati tecnici e pericolo di morte.
- ▶ Il funzionamento in ambienti a rischio di esplosione è vietato. L'alimentazione elettrica degli apparecchi d'illuminazione rappresenta una potenziale fonte di innesco.
- ▶ L'apparecchio d'illuminazione deve funzionare esclusivamente in ambienti asciutti e privi di polvere.
- ▶ L'apparecchio d'illuminazione non deve rimanere incustodito mentre è acceso.
- ▶ Non utilizzare apparecchi d'illuminazione danneggiati. Anche i difetti dei cavi rappresentano un potenziale pericolo. Non posizionare i cavi nelle vicinanze di fonti di calore o su spigoli vivi.
- ▶ Rischio di danni agli occhi. Non guardare mai direttamente il cono di luce.
- ▶ Sostituire i vetri se danneggiati prima di far funzionare nuovamente l'apparecchio d'illuminazione.
- ▶ Non aumentare il carico sulla testa dell'apparecchio e sul braccio a snodo.
- ▶ Non utilizzare con dispositivi medici che possono essere sensibili ad uno spettro di luce nel visibile (per esempio, una luce pulsante e /o luce con elevata intensità luminosa).

- ▶ Durante l'uso, non coprire l'apparecchio d'illuminazione con panni o simili.
- ▶ Le feritoie di ventilazione (se presenti) devono essere libere durante l'uso!
- ▶ Non azionare l'apparecchio d'illuminazione vicino a fonti di calore esterne che superino la temperatura ambiente massima delle lampade.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio d'illuminazione in condizioni ambientali diverse da quelle previste.
- ▶ L'apparecchio d'illuminazione deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo di utilizzo qui indicato. Il produttore declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo diverso da quello conforme alla destinazione d'uso oppure dal mancato rispetto delle note di sicurezza e dalle avvertenze generali.

1.4 Livelli di avvertenza

⚠ PERICOLO

Avvertenze relative a pericoli che, in caso di mancata osservanza delle misure possono provocare **la morte o gravi lesioni**.

⚠ AVVERTENZA

Avvertenze relative a pericoli che, in caso di mancata osservanza delle misure possono provocare **lesioni**.

PRUDENZA

Avvertenze relative a pericoli che, in caso di mancata osservanza delle misure, possono provocare **danni materiali**.

2 FORNITURA

VISIANO 10-1 P S10

in dotazione:



1x apparecchio d'illuminazione

1x cavo di alimentazione

3ASSEMBLAGGIO

Dati di carico

| | |
|-------------------------------|-------|
| Flessione M _B | 15 Nm |
| Peso verticale F _G | 32 N |



- ▶ Agganciare il fissaggio per binario (1) al binario standard (2) e stringerlo con la vite a mano (3).
- ▶ Inserire il pin da 16 mm (4) e fissarlo con la vite di plastica (5).

PERICOLO

Pericolo di morte per scarica elettrica

- ▶ Il cavo di alimentazione (nero) deve sempre essere rimosso dalla parte superiore del braccio dell'apparecchio (come in figura).
- ▶ L'apparecchio d'illuminazione deve poter essere scollegato dalla rete tramite interruttore esterno su tutti i poli (non in dotazione).

PERICOLO

Pericolo di morte per scarica elettrica

- ▶ L'alimentazione elettrica del collegamento alla rete deve essere protetta su tutti i poli con uno sganciatore di sovracorrente (secondo le norme di installazione nazionali) (non in dotazione).

4 FUNZIONAMENTO

AVVERTENZA

Avvertenza su possibili danni agli occhi


- ▶ Non guardare mai direttamente il raggio di luce

PERICOLO

Pericolo di morte per scarica elettrica

- ▶ Non collegare il cavo di alimentazione se danneggiato.
- ▶ In presenza di segni di danneggiamento sul cavo di alimentazione, sostituirlo immediatamente con uno nuovo.
- ▶ La tensione di alimentazione e la frequenza devono corrispondere ai valori riportati sulla

targhetta.



- ▶ Inserire il cavo.
- ▶ Prima di ciascun utilizzo, eseguire un test di funzionamento: tutti i LED nel cono di luce devono accendersi.



- ▶ Accensione/spegnimento dell'apparecchio d'illuminazione

5 PULIZIA

PERICOLO

Pericolo di morte per scarica elettrica

- ▶ Prima della pulizia, Scollegare il cavo elettrico dalla rete.

PRUDENZA

Danni materiali in caso di pulizia errata

- ▶ Per la pulizia occorre utilizzare esclusivamente sostanze che non compromettano la resa dell'apparecchio d'illuminazione.
- ▶ Per la pulizia, non utilizzare detergenti contenenti solventi, cloro o abrasivi, in quanto tali sostanze potrebbero provocare la formazione di crepe nei componenti in materiale plastico.
- ▶ Le sostanze utilizzate devono essere omologate per l'uso su materiali plastici, quali PC, PMMA, PA e ABS.
- ▶ Rischio di danneggiamento dell' apparecchio d'illuminazione in caso di disinfettanti troppo concentrati.
- ▶ Per la concentrazione e il tempo di posa, rispettare i dati sul foglio allegato alla sostanza in uso.
- ▶ Rischio di graffiare le superfici in caso di panni errati.

PRUDENZA

La sporcizia riduce la luminosità

- ▶ Tenere pulito il diffusore con interventi regolari.
- ▶ È ammessa solo la disinfezione strofinando.



- ▶ Pulire il diffusore in PMMA con un panno e un detergente adatti.

PRUDENZA

Onde ridurre al minimo il rischio di trasmissione di malattie, rispettare, oltre alle presenti istruzioni d'uso, anche le norme sulla sicurezza sul lavoro attualmente in vigore, oltre ai requisiti degli enti nazionali competenti per l'igiene e la disinfezione.

6 CONTROLLI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA

⚠ PERICOLO

Pericolo di morte per scarica elettrica

- ▶ Scollegare il cavo elettrico dalla rete.
- ▶ Il cavo di collegamento deve essere sottoposto a ispezione almeno una volta l'anno.

PRUDENZA

- ▶ Le manutenzioni e le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da elettricisti.
- ▶ Il profilo utente è riportato al cap.1 Note di sicurezza.

7 SMONTAGGIO

⚠ PERICOLO

Pericolo di morte per scarica elettrica

- ▶ Prima dello smontaggio, scollegare il cavo elettrico dalla rete.
- ▶

Smaltimento

Non gettare gli apparecchi d'illuminazione con i rifiuti domestici. Smaltire le lampade come previsto dalle disposizioni locali ad un centro di raccolta e smaltimento, oppure consegnarle ai rivenditori che offrono il servizio di smaltimento.



Tagliare il cavo direttamente sul corpo lampada.



I prodotti indicati sopra sono riciclabili per oltre il 95%. Affinché alla fine della vita di questi prodotti i materiali utilizzati possano essere riutilizzati ai fini produttivi od energetici, gli apparecchi d'illuminazione sono costruiti in modo da agevolarne il riciclaggio.

Non contengono sostanze pericolose o per le quali siano necessarie ispezioni.

8 ACCESSORI

Morsetto (cod. prod.: D14.228.000 - nero)



Fissaggio universale
(cod. prod.: D13.430.000 - bianco puro)



Fissaggio per binario (cod. prod.: D13.269.000)



Staffa a parete (cod. prod.: D13.231.000 - bianco puro)



Stavito su rotelle (cod. prod.: D14.022.000)



9 AVVERTENZE AGGIUNTIVE

L'apparecchio d'illuminazione è senza manutenzione.

Su richiesta è possibile ricevere dal produttore ulteriori documenti sul presente prodotto.

L'utilizzo di questo apparecchio d'illuminazione non comporta rischi che possano influire su altri apparecchi.

Per risparmiare energia, occorre accendere l'apparecchio d'illuminazione soltanto se veramente usato.

10 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| Anomalia | Possibile causa | Risoluzione dei problemi | Profilo Utente |
|---|--|--|---|
| Apparecchio d'illuminazione non funzionante | Guasto dei contatti | Riaccendere | Tutti |
| Apparecchio d'illuminazione non funzionante | Tensione di rete assente | Controllare la tensione di alimentazione, controllare tutti i collegamenti | Elettricista |
| Apparecchio d'illuminazione non funzionante | Modulo LED difettoso | Contattare il centro di assistenza del produttore | Solo da parte del centro di assistenza del produttore |
| L'apparecchio d'illuminazione non rimane in posizione | Lo snodo alla base ha una frizione insufficiente | Regolare lo snodo alla base fino a raggiungere la frizione desiderata (1.25 Nm). | Personale tecnico qualificato |

11 DATI TECNICI

| Valori elettrici: | |
|--|---|
| Tensione di ingresso | ~ 100-240V AC |
| Gamma di frequenza | 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 10,5-13 W (11,2-17 VA) |
| Corrente di ingresso | 0,08-0,12 A |
| Fattore di potenza | 0,76 |
| Dati fotometrici: | |
| Illuminamento centrale Ec a 0,5 m di distanza | 50'000 lx * |
| Diametro del campo di illuminazione d10 a distanza di 0,5 m | Ø = 18 cm |
| Diametro del campo di illuminazione d50 a distanza di 0,5 m | Ø = 10 cm |
| Temperatura colore | 4400K * |
| Indice Ra di resa cromatica | > 93 |
| Indice resa cromatica R9 | > 90 |
| Condizioni ambientali per trasporto, stoccaggio e funzionamento: | |
| Irraggiamento totale Ee alla massima intensità | < 210 W/m ² (* -10% / +20% toll.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio e trasporto) | da 20°C a +70°C |
| Temperatura ambiente (funzionamento) | da +10°C a +35°C |
| Umidità relativa dell'aria (privo di condensa) (stoccaggio e trasporto) | max. 90% |
| Umidità relativa dell'aria (privo di condensa) (funzionamento) | max. 75% |
| Peso: | |
| Visiano 10-1 P S10 | 1,1 kg |
| Modalità di funzionamento | |
| Modalità di funzionamento | Funzionamento continuo |
| Classificazione: | |
| Visiano 10 -1 P S10 | Classe di protezione II |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP 20 |
| Classificazione ai sensi della direttiva 93/42 CEE - appendice IX (classificazione dei dispositivi medici) | Classe I |
| Classificazione ai sensi della direttiva 93/42 CEE - appendice IX (classificazione dei dispositivi medici) | Classe I |
| Controllo di sicurezza elettrica e CEM ai sensi di: | EN/IEC 60601-1 EN/IEC 60601-2-41 EN/IEC 60601-1-2 |
| Rischio da luce blu secondo EN/IEC 62471 | RG 1 (rischio ridotto) |
| Durata della sorgente luminosa: | |
| Durata LED | 50'000 h (L70/B50) |

12 COMPATIBILITÀ ELETTRONICA (CEM)

Linee guida - interferenze elettromagnetiche

Il dispositivo medico è destinato all'uso in un ambiente come descritto sotto. L'utente deve accertarsi che venga utilizzato in un ambiente conforme alla descrizione.

| Emissioni | Conformità | Ambiente elettromagnetico |
|--|------------|--|
| Emissione HF (CISPR 11) | Gruppo 1 | Il dispositivo medico impiega l'energia ad alta frequenza esclusivamente per il proprio funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni ad alta frequenza sono molto esigue, quindi il disturbo di apparecchiature elettroniche limitrofe risulta improbabile. |
| Emissione HF (CISPR 11) | Classe B | Il dispositivo medico è destinato all'impiego in tutte le strutture, ivi compresi gli edifici ad uso abitativo, e le strutture collegate direttamente (senza trasformatore) alla stessa rete elettrica a bassa tensione dell'edificio adibito ad uso abitativo. |
| Emissioni di corrente armonica (IEC 61000-3-2) | Classe C | |
| Fluttuazioni di tensione/emissioni flicker (IEC 61000-3-3) | Conforme | |

Linee guida - resistenza alle interferenze elettromagnetiche

Il dispositivo medico è destinato all'uso in un ambiente come descritto sotto. L'utente deve accertarsi che venga utilizzato in un ambiente conforme alla descrizione.

| Resistenza alle interferenze | IEC 60601-1-2 livello di prova | Livello di conformità del dispositivo medico | Ambiente elettromagnetico |
|---|---|---|--|
| Scarica eletrostatica (ESD) (IEC 61000-4-2) | Scarica da contatto: $\pm 8 \text{ kV}$ Scarica in aria: $\pm 15 \text{ kV}$ | $\pm 8 \text{ kV}$ $\pm 15 \text{ kV}$ | Sono da privilegiare pavimenti in legno, calcestruzzo o con piastrelle in ceramica. In caso di pavimenti con rivestimento sintetico, l'umidità relativa dell'aria deve essere almeno del 30 %. |
| Transitori/raffiche di impulsi elettrici veloci (IEC 61000-4-4) | Cavi elettrici: $\pm 2 \text{ kV}$ Cavi di ingresso e uscita più lunghi: $\pm 1 \text{ kV}$ | $\pm 2 \text{ kV}$ Non applicabile | La qualità della tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dei tipici ambienti commerciali od ospedalieri. |
| Transistori ad alta energia/surge (IEC 61000-4-5) | $\pm 1 \text{ kV}$ tensione cavo esterno - cavo esterno $\pm 2 \text{ kV}$ tensione cavo esterno - terra | $\pm 1 \text{ kV}$ n/d | La qualità della tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dei tipici ambienti commerciali od ospedalieri. |
| Campo magnetico nella frequenza di alimentazione (50/60 Hz) (IEC 61000-4-8) | 3 A/m | 100 A/m | Negli ambienti attigui a quello di utilizzo del dispositivo medico non devono essere utilizzati apparecchi con campi magnetici a frequenza di rete potente (stazioni trasformatore, ecc.). |
| Buchi di tensione e brevi interruzioni della tensione (IEC 61000-4-11) | Calo > 95 %, 0,5 per. Calo 60 %, 5 per. Calo 30 %, 25 per. Calo > 95 %, 5 sec. | Calo > 95 %, 0,5 per. Calo 60 %, 5 per. Calo 30 %, 25 per. Calo > 95 %, 5 sec. | La qualità della tensione di alimentazione deve corrispondere a quella degli ambienti commerciali od ospedalieri. Se l'utilizzatore non richiede una funzione avanzata in caso di interruzione dell'alimentazione di corrente, si raccomanda di alimentare il dispositivo medico tramite un gruppo di continuità o una batteria. |
| Quantità di interferenze HF irradiate (IEC 61000-4-3) | 3 V/m 80 MHz - 2,5 GHz | 10 V/m | Distanza minima raccomandata da apparecchi radio mobili e portatili della potenza trasmessa PEIRP dal dispositivo medico e dai rispettivi cavi: $d = 0.35\sqrt{P}$ |
| Quantità di interferenze HF incanalate (IEC 61000-4-6) | 3 V _{Valore effettivo} 150 kHz - 80 MHz | 10 V _{Valore effettivo} | Distanza minima raccomandata da apparecchi radio mobili e portatili della potenza trasmessa PEIRP dal dispositivo medico e dai rispettivi cavi: 80 MHz - 800 MHz: $d = 0.35\sqrt{P}$ 800 MHz - 2,5 GHz: $d = 0.7\sqrt{P}$ |

d = distanza di sicurezza raccomandata [m], P = potenza nominale del trasmettitore [W]. La potenza del campo del trasmettitore radio stazionario in tutte le frequenze deve essere inferiore al livello di conformità in seguito a ispezione in loco.

Nelle vicinanze di apparecchi che riportano il seguente simbolo è possibile la presenza di anomalie:

Distanze di sicurezza raccomandate per dispositivi di comunicazione ad alta frequenza mobili e portatili

| Potenza nominale del trasmettitore [W] | 150 kHz - 800 MHz | 800 MHz - 2,5 GHz |
|--|-------------------|-------------------|
| 0,01 | 0.12 m (0.39 ft) | 0.23 m (0.76 ft) |
| 0,1 | 0.38 m (1.25 ft) | 0.73 m (2.4 ft) |
| 1 | 1.2 m (3.9 ft) | 2.3 m (7.6 ft) |
| 10 | 3.8 m (12.5 ft) | 7.3 m (23.9 ft) |
| 100 | 12m (39 ft) | 23 m (76 ft) |

1 安全上の注意事項

1.1 用途

D^{med}® VISIANO 10 は検査用ライトです。これは診断の補助や局部処置の補助用に患者の身体を照らしだすためのものです。ライトが消えても患者を危険な状態にすることなく診断や処置を中断できます。このライトは手術室での使用には適しません。

1.2 対象ユーザー

医療関連の技術要員

医療系の教育修了者でありその教育を受けた専門分野で勤務する全ての人員を指します。

クリーニング技術要員

国内及び職場規定の衛生規則について指示を受けた者を指します。

電気技術要員

電子・電気分野の教育修了者であり、関連規格や規則についての知識がある者を指します。

有資格技術要員

技術教育の修了、関連知識及び経験さらに規則に関する知識に基づき取付け/取外しができる者を指します。

1.3 安全上の注意事項

- ▶ 医療関連の技術要員による運用。
- ▶ この説明書は製品の一部であり、保管し後から使用する全ての者が読める状態に維持してください。
- ▶ ライトへの全ての作業(修理を含む)は有資格電気技術要員のみ行うことができます。取付けは有資格技術要員のみ行うことができます。
- ▶ このランプ光源の交換ができるのは、メーカー、メーカー委託のサービス技術者、または、同等の資格を持つ人のみです。
- ▶ このライトを変更したり不正操作することはできません。許可された純正部品しか使用できません。純正部品を使用した規則に従う使用を行わない場合技術仕様から外れたり生命への危険が発生する可能性があります。
- ▶ 爆発の危険がある領域での使用は禁止されています。ライトの電源は潜在的な発火源です。
- ▶ このライトは乾燥しダストの無い室内でのみご使用ください。
- ▶ このライトを監視せずに点灯することはできません。
- ▶ 故障したライトを使用することはできません。また、欠陥ケーブルも潜在的に危険です。ケーブルを熱源の傍や鋭利なものに置かないでください。
- ▶ 眼にとって危険なので電球を直接見ないでください。
- ▶ 損傷したガラスはライトを再び点灯する前に交換してください。
- ▶ ライトのヘッド及びアームに追加的な荷重を掛けないでください。

- ▶ ライトが点灯中に布や類似品を掛けないでください。
- ▶ 換気用開口部(ある場合)は点灯中には常に覆われていいことが必要です！
- ▶ このライトをライトの最大環境温度を超える外部の熱源の近くで使用しないでください。
- ▶ このライトを所定の環境要件以外では使用しないでください。
- ▶ ライトはここに記載された用途のためにしか使用できません。

製造者は規則に従った使用とは異なる使用や安全上の注意事項及び警告を怠った結果発生した損傷からは免責されます。

1.4 危険の段階

危険

措置を怠ると死亡や重傷に至る可能性がある危険についての警告です。

警告

措置を怠ると負傷に至る可能性がある危険についての警告です。

注意

措置を怠ると物損に至る可能性がある危険についての警告です。

2 納品内容

VISIANO 10-1 P S10

納品内容 :



ライト 1個

電源ケーブル 1本

負荷データ

3 取付け

| | |
|---------------|-------|
| 曲げモーメント M_B | 15 Nm |
| 垂直重力 F_G | 32 N |



- レール固定装置 (1) を基準レール(2)に留め付け、ダイヤル (3)を回して固定します。
- 16 mm ピン (4)を差し込み、プラスチックネジ (5)で固定します。

⚠ 危険

感電による生命への危険

- 電源ケーブル(黒色)は常に照明アームの上側から外に出すようにして下さい(図参照)。
- ライトは外部スイッチ(別売)によって主電源から分離できるようにしておく必要があります。

⚠ 危険

感電による生命への危険

- 電源接続時の電源は、スイッチヒューズや過電流リリース(別売)によって二極的に保護される必要があります(国内の設置規定を順守して下さい)。

4 使い方

⚠ 警告


眼の損傷についての警告

- ライトの光線を直接見ないで下さい。

⚠ 危険

感電による生命への危険

- 損傷している電源ケーブルを差し込まないで下さい。
- 電源ケーブルに損傷の兆しがあれば直ちに新品と交換してください。
- 接続電圧及び周波数は銘板に記載のデータと一致していなければなりません。



- ケーブルを差し込みます。
- 使用前には機能テストを実施してください。電球内部の全LEDが点灯しなければなりません。



- ランプをオン/オフします。

5 クリーニング

⚠ 危険

感電による生命への危険

- クリーニングの前に：
- 電源接続ケーブルを電源から分離します。

注意

清掃を不正な方法と行った場合物損の危険があります

- 清掃には ランプの機能に支障を来さない薬剤のみお使い下さい。
- 消毒清掃に、溶剤、塩素系、又は、研磨剤を含む洗剤を使用しないでください。これらの洗剤は特に人工樹脂部品を損傷する可能性があります。
- 使用する薬剤は PC、PMMA、PA、ABS 等の人工樹脂への使用に許可されていることが必要です。
- ライトが濃縮消毒剤で損傷する可能性があります。
- 液剤の濃度や効果が発揮されるまでの時間は使用する液剤の説明書に記載の内容に従ってください。
- 不正な布を使用するとひっかきキズがつく可能性があります。

注意

ダートは輝度を弱めます

- カバーを規則的に清掃し清潔に維持してください。
- 拭き取りによる消毒しか行わないでください。



- ▶ PMMAカバーを適切なクリーニングクロス及び洗剤でクリーニングしてください。

注意

感染リスクを軽減するため、この使用説明書に加え、国内の衛生・消毒関連機関による労働衛生規定や要件に従ってください。

6 安全技術上の点検



感電による生命への危険

- ▶ 電源接続ケーブルを電源から分離します。
- ▶ 接続ケーブルは少なくとも年一回は損傷がないか点検してください。

注意

- ▶ メンテナンス及び修理電気技術要員のみ行うことができます。
- ▶ 対象ユーザーについては 1 章「安全上の注意事項」に記載されています。

7 分解



感電による生命への危険

- ▶ 解体前：
電源接続ケーブルを電源から分離します。

廃棄処分

ランプを家庭ごみと一緒に処分しないでください。ランプは使用地の規則に従い廃棄処分場に出すか、関連サービス業者に処分させてください。

ケーブルをハウジングから直接切断します。



上記の製品は 95%以上が再利用可能です。この製品の耐用期間後も使用素材の大部分を再び素材として又はエネルギー源として使用できるために、ランプは再利用しやすいように製造されています。ランプには危険物質や監視を要するような素材は使用されていません。

10 トラブルシューティング

障害

考えうる原因

トラブルシューティング

対象ユーザー

8 付属品

テーブルクランプ (商品番号: D14.228.000 - 黒)



汎用固定具 (商品番号: D13.430.000 - 純白)



レール固定具 (商品番号: D13.269.000)



ウォールホルダー (商品番号: D13.231.000 - 純白)



ローラー付き支持脚 (商品番号: D14.022.000)



9 追加的な注意事項

ランプ本体はメンテナンスフリーです。

ご要望に応じて製造者から本製品についての追加書類をお届けできます。

このランプを使用することにより他の機器に影響があるようなリスクを発生しません。

省エネのためにはランプを使用するときのみスイッチを入れてください。

| | | | |
|------------------|------------------|--|----------------|
| ライトが機能しない | 接点異常 | 再度スイッチを入れる | 全ての |
| ライトが機能しない | 電源電圧が無い | 電圧を検査し、全接続部を点検する | 電気技術要員 |
| ライトが機能しない | LEDモジュールの故障 | 製造者のサービスに連絡する | 製造者のサービスのみ行えます |
| ライトが正しい位置を保持できない | 支持部ジョイントの圧迫が弱すぎる | 望ましい圧迫が得られるまで、支持部ジョイントを調整する (1.25 Nm). | 有資格技術要員 |

11 技術仕様

電気的諸元:

| | |
|--------|------------------------|
| 入力定格電圧 | ~ 100-240V AC |
| 周波数範囲 | 50/60 Hz |
| 出力容量 | 10.5-13 W (11.2-17 VA) |
| 入力電流 | 0.08-0.12 A |
| 功率 | 0.76 |

光学的諸元:

| | |
|------------------|-------------|
| 中央部輝度 Ec、間隔 0.5m | 50'000 lx * |
| 照光直径 d10、間隔 0.5m | Ø = 18 cm |
| 照光直径 d50、間隔 0.5m | Ø = 10 cm |
| 色温度 | 4400K * |
| 色再現性指数 Ra | > 93 |
| 色再現性指数 R9 | > 90 |

搬送、保管、使用の環境条件:

| | |
|------------------------|---|
| 最大輝度による総照射量 Ee | < 210 W/m ² (* -10% / +20% Tol.) |
| 周囲温度 (保管及び搬送) | 20°C ~ +70°C |
| 周囲温度 (使用) | +10°C ~ +35°C |
| 相対湿度 (結露なきこと) (保管及び搬送) | 最大 90% |
| 相対湿度 (結露なきこと) (使用) | 最大 75% |

質量:

| | |
|--------------------|--------|
| Visiano 10-1 P S10 | 1.1 kg |
|--------------------|--------|

使用モード:

| | |
|-------|----|
| 使用モード | 連続 |
|-------|----|

等級分類:

| | |
|---|---------|
| Visiano 10 -1 P S10 | 保護等級 II |
| 保護等級 (IEC 60529) | IP 20 |
| 等級分類 (指令 93/42 EWG - 附則 IX (医療機器等級分類)) | クラス I |
| 等級分類 (指令 93/42 EEC - 附則 IX (医療機器等級分類)) | クラス I |

| | |
|--------------------|---|
| 電気的安全性検査及び電磁両立性規格: | EN/IEC 60601-1 EN/IEC 60601-2-41 EN/IEC 60601-1-2 |
|--------------------|---|

光源の耐用期間:

| | |
|-----------|--------------------|
| LED の耐用期間 | 50'000 h (L70/B50) |
|-----------|--------------------|

12 電磁両立性 (EMC)

電磁妨害に関するガイドライン

| この医療機器は下記の電磁環境における使用専用の製品です。使用者は同環境で使用されるよう確実にしてください。 | | |
|---|--------|--|
| 照射量 | 適合性 | 電磁環境 |
| HF照射量 (CISPR 11) | グループ 1 | この医療機器は内部機能のみのために高周波エネルギーを使用します。従つて高周波照射は極めて僅かであり、隣接機器への干渉はほぼありえません。 |
| HF照射量 (CISPR 11) | クラス B | この医療機器は住宅を含む全ての施設及び住宅と共に定電圧系統に(変圧器を介さず)直結される設備専用です。 |
| 高調波の照射 (IEC 61000-3-2) | 等級分類 C | |
| 電圧変動/フリッカの照射 (IEC 61000-3-3) | 合格 | |

| 電磁妨害イミュニティガイドライン | | | |
|---|---|---|--|
| この医療機器は下記の電磁環境における使用専用の製品です。使用者は同環境で使用されるよう確実にしてください。 | | | |
| 次の妨害へのイミュニティがあります: | IEC 60601-1-2 試験レベル | 医療機器のコンプライアンスレベル | 電磁環境 |
| 静電気放電 (ESD) (IEC 61000-4-2) | 接点放電: ± 8 kV 空中放電: ± 15 kV | ± 8 kV ± 15 kV | ウッド、コンクリート、又は、セラミックタイルフロアが望ましいです。合成フロアカバーの場合は相対空気湿度が最低 30 % 必要です。 |
| 電気的ファーストトランジエント//バースト (IEC 61000-4-4) | 電源ケーブル: ± 2 kV 長物の入出力ケーブル: ± 1 kV | ± 2 kV 適用無し | 電源電圧の品質は平均的商業施設や病院環境に対応していることが必要です。 |
| 突発電圧/サーボ (IEC 61000-4-5) | ±1 kV 電圧 外部ケーブル - 外部ケーブル ±2 kV 電圧 外部ケーブル - アース | ±1 kV 該当なし | 電源電圧の品質は平均的商業施設や病院環境に対応していることが必要です。 |
| 電源周波数での磁場の強さ (50/60 Hz) (IEC 61000-4-8) | 3 A/m | 100 A/m | 医療機器周囲では電源周波数による異常に強い磁場を発する装置(変圧ステーション等)が運用されていてはなりません。 |
| 電源電圧の電圧ディップ及び短時間停電 (IEC 61000-4-11) | ディップ > 95 %, 0.5 サイクル ディップ 60 %, 5 サイクル ディップ 30 %, 25 サイクル ディップ > 95 %, 5 秒間 | ディップ > 95 %, 0.5 サイクル ディップ 60 %, 5 サイクル ディップ 30 %, 25 サイクル ディップ > 95 %, 5 秒間 | 電源電圧の品質は平均的商業施設や病院の環境に対応していかなければなりません。停電の際も継続使用する必要があれば、医療機器は UPS(無停電電源) が電池に繋いでおいてください。 |
| 照射HF障害レベル (IEC 61000-4-3) | 3 V/m 80 MHz / 2.5 GHz | 10 V/m | 医療機器の出力を含む医療機器に対する照射出力 PEIRP である携帯型又は移動式無線機器の推奨最短距離: $d = 0.35\sqrt{P}$ |
| 随伴HF障害レベル (IEC 61000-4-6) | 3 V _{実効値} 150 kHz - 80 MHz: | 10 V _{実効値} | 医療機器の出力を含む医療機器に対する照射出力 PEIRP である携帯型又は移動式無線機器の推奨最短距離: 80 MHz - 800 MHz: $d = 0.35\sqrt{P}$ 800 MHz - 2.5 GHz: $d = 0.7\sqrt{P}$ |

d = 推奨される安全距離 [m], P = 発信側の定格出力 [W]。定置型無線送信機の磁界強度は全周波数帯において現場測定に基づいて適合閾値未満となっていなければなりません。

次の記号のある装置の周囲では障害があります: (▲)

Notes

| 携帯型又は移動式無線周波通信機器との推奨安全距離 | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 発信側の定格出力 [W] | 150 kHz - 800 MHz | 800 MHz - 2.5 GHz |
| 0.01 | 0.12 m (0.39 ft) | 0.23 m (0.76 ft) |
| 0.1 | 0.38 m (1.25 ft) | 0.73 m (2.4 ft) |
| 1 | 1.2 m (3.9 ft) | 2.3 m (7.6 ft) |
| 10 | 3.8 m (12.5 ft) | 7.3 m (23.9 ft) |
| 100 | 12m (39 ft) | 23 m (76 ft) |

Notes

OWN DISTRIBUTORS

GERMANY

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 5062
78057 Villingen-Schwenningen
Germany
Telephone +49 7720 601 0
Telephone +49 7720 601 100 (Sales)
Fax +49 7720 601 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

SWEDEN

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 Bandhagen
Sweden
Telephone +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

SWITZERLAND

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
Switzerland
Telephone +41 62 839 12 12
Fax +41 62 839 12 99
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

USA

Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
Wheeling, Illinois 60090
USA
Telephone +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

AUSTRIA

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H
Gewerbeplatz Wagram 7
4061 Pasching/Linz
Austria
Telephone +43 7229 67 400
Fax +43 7229 67 444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SINGAPORE

Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
77A NEIL ROAD
SINGAPORE 088903
Singapore
Telephone +65 6275 8300
Fax +65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S
Z.I. - Rue de l'Embranchement
67116 Reichstett
France
Telephone +33 3 8820 95 88
Fax +33 3 8820 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com

CHINA

Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
Shanghai, P.R.C. 200949
China
Telephone +86 21 5169 1799
Fax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

ITALY

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italy
Telephone +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

INDIA

Waldmann Lighting PVT. Ltd.
Plot No. 52
UdyogVihar
Phase-VI, Sector-37
GURGAON-122011, Haryana
INDIA
Telephone +91 124 412 1600
Fax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

NETHERLANDS

Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK Tiel
Netherlands
Telephone +31 344 631 019
Fax +31 344 627 856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

Diese Montage- und Gebrauchsanweisung dient ausschliesslich der Kundeninformation und wird nur auf Kundenauforderung aktualisiert oder ausgetauscht.
These installation and operating instructions are for customer information only and will only be updated or replaced upon request by the customer.
Cette notice de montage et d'utilisation sert exclusivement à informer le client et sera mise à jour ou remplacée uniquement sur demande du client.
Le presenti istruzioni per il montaggio e l'uso hanno scopo esclusivamente informativo per il cliente e vengono aggiornate o sostituite soltanto su richiesta del cliente.
この取扱い及び使用説明書は顧客むけ情報を提供するのみが目的であり、顧客の要望による更新ないし交換が行なわれません。
Änderungen vorbehalten • gedruckt in der Schweiz | Subject to changes • printed in Switzerland | Sous réserve de modification • imprimé en Suisse | Con riserva di modificare i dati tecnici • stampato in Svizzera | 予告無く変更されることがあります。スイスで印刷されました



Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
CH-9200 Gossau SG
Switzerland
Telephone +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77



Further distribution partners can be found at: www.derungslicht.com